

AUDIT DE PRATIQUES

EVALUATION DES MANIPULATIONS



Service (intitulé) :

Code service : | _____ |

Méthode d'évaluation : cocher la case	<input type="checkbox"/> AUTO-EVALUATION → remplir 1 fiche juste après l'acte 1 seule fiche par personnel	<input type="checkbox"/> OBSERVATION (auditeur :) → remplir 1 fiche par acte observé 3 fiches maximum par personnel
--	--	--

Statut de l'audité

Catégorie professionnelle : infirmier infirmier spécialisé médecin ou interne
 manipulateur radio sage-femme

Etudiant : oui non (penser à cocher la catégorie professionnelle ci-dessus)

MANIPULATION DE LA LIGNE VEINEUSE A DISTANCE DE LA POSE	
2.1 Hygiène des mains avant manipulation	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
2.2 Produit utilisé:	<input type="checkbox"/> produit hydro-alcoolique <input type="checkbox"/> savon antiseptique <input type="checkbox"/> savon doux
2.3 Désinfection du site d'injection	
2.4 Utilisation de compresses stériles	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
2.5 Utilisation d'un antiseptique	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
2.6 Nom du produit utilisé (en toute lettre) :	Non codé
2.7 Catégorie du produit (réservé au responsable de la validation de la fiche) :
2.8 Obturation du site d'injection par du matériel stérile (bouchons, ...)	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> NA (en cas de valves)

FICHE VALIDÉE : OUI (réservé au responsable de la validation)



EVALUATION DES MANIPULATIONS : AIDE AU REMPLISSAGE DE LA FICHE



(Document réservé à l'auditeur ou au relais pour les questions relatives à l'auto-évaluation)

CRITERES D'INCLUSION/D'EXCLUSION

Actes concernés : manipulations à distance de la pose du cathéter

Actes non concernés : manipulations juste après la pose du cathéter

Matériel concerné : cathéters veineux périphériques

Matériel non concerné : cathéters sous-cutanés, dispositifs épicroâniens, microperfuseurs, tout dispositif utilisé pour la perfusion sous-cutanée

Patient : Adulte ou enfant

2.4 **2.5** **2.6** Lors des manipulations de lignes veineuses, l'utilisation de compresses stériles imprégnées d'un antiseptique doit être observée pour :

- la *désinfection* des embouts, valves, systèmes percutables et bioconnecteurs,
- la *manipulation* des robinets, bouchons et de la ligne veineuse à proximité du site d'injection.

2.7. Pour la catégorie du produit, préciser parmi les propositions suivantes :

- polyvidone iodée alcoolique
- chlorhexidine alcoolique
- chlorhexidine faiblement alcoolisée
- alcool à 70°
- polyvidone iodée aqueuse
- solutés chlorés
- autre produit

2.8. Pour les systèmes avec valves ou équivalent, cet item est non adapté (NA).

